

2018年11月15日

お客様各位

株式会社ホリスター
薬事・品質保証本部
東京都品川区東品川 2-2-8
スフィアタワー天王洲 21F
TEL ; (03) 6711-2800 (代表)
FAX ; (03) 6711-2860

やわびた一部製品における有効期限誤表記
お手元の製品に関するお取り扱いのご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素は弊社製品をご愛顧いただき、厚くお礼申し上げます。

この度は弊社やわびたの一部製品における『ラベルの誤表記』の発生により、皆様にはご迷惑をお掛けしたことにつきまして深くお詫び申し上げます。

該当品番・ロット番号

製品番号	製品名	ロット番号	有効期限	
			正	誤
5691125	やわびた プレカット25mm ウルトラクリア	8K013	2020年10月	2023年10月
5691130	やわびた プレカット30mm ウルトラクリア	8J183		
		8J193		
5691135	やわびた プレカット35mm ウルトラクリア	8J203		
		8J213		
		8J223		
		8J233		
5691140	やわびた プレカット40mm ウルトラクリア	8J213		
		8J223		

当該製品の皮膚保護剤及びパウチにつきましては、製造ラインにて通常製造されたものであり、皮膚保護剤の粘着性能及びパウチのシール性能といった製品品質に影響はなく、2年間は問題なくご使用いただけます。しかしながら、交換をご希望されるお客様には速やかに交換対応をさせていただきますので、お手数ではございますが、弊社カスタマーサービス（0120-032-950 受付時間 9:00-17:00 土・日・祝日除く）宛までご連絡頂けますよう、よろしくお願い申し上げます。

ホリスター社では、今後とも製品開発、改良、品質改善に努めてまいりますので、何卒変わらぬお引き立ての程、宜しく申し上げます。

敬具