2026 年 8 月

お客様各位

〒140-0002
東京都品川区東品川 2-2-8
スフィアタワー天王洲 21 階
株式会社ホリスター
マーケティング本部 ダンサック

「ノバ 1 インファント ドレイン（小児用）」製品
MRI 不可シール貼付あり・なし製品出荷混在のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より弊社製品をご愛顧いただき、心より御礼申し上げます。

この度、ダンサックの単品系装具「ノバ 1 インファント ドレイン（小児用）」の出荷時、MRI 対応不可シール貼付あり・なしの製品箱が一定期間混在することになりますので、ここに謹んでご案内申し上げます。

この度の事象における製品の品質・機能性等において変更はございません。これまでは、MRI 対応不可のシールを製品箱に貼付しておりましたが、ホリスター本社にて前向きな検証を行った結果、定められた条件下では MRI 使用ができることが検証できたため今後は MRI 不可シールの貼付は行わないとし、そのため、一定期間 MRI 貼付シールあり・なしが混在することとなります。同梱されている使用説明書を必ずご確認をお願いします。詳しくは、以下ご確認ください。

ご不明な点等がございましたら、弊社営業担当者もしくはカスタマー・サービス（cs.info@Hollister.co.jp / 0120-977-138）までご連絡いただけますようお願いいたします。

今後ともより一層のご高配を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

- **内容：以下のような MRI 対応不可シール「MRI には対応しておりません」の貼付ありの製品と貼付なしの製品が今後混在します。**



- **混在期間見込み：2026 年9 月上旬頃よりしばらくの間**
  ※製造スケジュールの変更や製品の在庫状況により混在期間が変更となることがございます。
- **今後シールが貼付されない理由：**ホリスター本社にて前向きな検証を行った結果、定められた条件下では MRI 使用ができることが検証できたため。

- **上記シールあり･なしの混在する理由：**上記の理由により、今後 MRI 不可シールは貼付されませんが、これまでに既に製品化されたものについては包装箱に MRI 不可シールが既に貼られているため。
- **製品的な素材や機能的な変更：**変更なし。これまで通り問題なく使用できます（これまで MRI 使用不可と箱にシールを貼付していたものも同様に MRI 使用は定められた条件下で使用可能です)。必ず、同梱している使用説明書のご確認をお願いします。
- **対象製品：ノバ１ インファント ドレイン（小児用）**

カット	ストーマサイズ	製品番号
		透明
フリーカット（自由開孔）	• 0-40 ㎜[*1]	818-00/10
	10-40 ㎜	818-10/10

[*1] 初孔なし

「ノバ１ インファント ドレイン（小児用）」に同梱されているソフトワイヤータイが対象となります。

- **同梱されている使用説明書（別紙１参照）を必ずご確認ください（使用時の定められた条件の記載がございます）。**
- **製品番号、製品の仕様、入数、価格等に変更はございません。**

以上