



令和 元 年 9 月 27 日

お得意様各位

東京都品川区東品川2-2-8  
スフィアタワー天王洲 21階  
株式会社ホリスター  
ダンサック マーケティング  
TEL 0120-977138

ダンサック ストーマケア製品  
「ノバ1 ウロストミー X3」・「ノバ2 ウロストミー」  
同梱のドレインチューブアダプター変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥の事とお喜び申し上げます。  
平素は弊社製品に格別のご高配を賜り誠に有難うございます。

さて、この度「ノバ1 ウロストミー X3」および「ノバ2 ウロストミー」製品に同梱されておりますドレインチューブアダプターの形状を、下記の通り変更することになりました。謹んでご案内申し上げます。

今回の変更に伴うアダプターの入り数や製品番号、その他の変更はございません。変更される製品は、従来製品の在庫がなくなり次第、順次出荷致します。品番により出荷時期が異なりますこと、ご了承賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。製品に関するお問い合わせについては、弊社営業担当者及びカスタマーサービス課にて承ります。

ダンサックでは、今後とも皆様にご満足いただけますよう努力して参ります。より一層のご高配を賜ります様、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

変更点

- 製品同梱のアダプターの形状変更（別紙参照）

出荷開始時期

- 令和元年9月より順次出荷予定  
※ 在庫状況により品番ごとに出荷開始日が異なります。ご了承ください。

対象製品（別紙参照）

- ノバ1 ウロストミー X3
- ノバ2 ウロストミー

以上


## 別紙

## 1. 変更点

(従来品)



(変更品)



- \* ドレインチューブアダプターのつまみ部を円形の形状から2つの羽のタイプに変更。この変更により、より安全で確実な取り付けが可能になります。
- \* この形状変更によるアダプターの入り数や品質、機能に違いはありません。

## 2. 対象製品・製品番号

バ1 ウロストミー X3

製品番号	Lot番号
<b>892-12</b>	9B283
<b>892-20</b>	9B283
<b>892-25</b>	9B283
<b>892-30</b>	9B283

バ2 ウロストミー

製品番号	Lot番号	製品番号	Lot番号
<b>1217-36</b>	9B133	<b>1218-36</b>	9B283
<b>1217-43</b>	9B283	<b>1218-43</b>	9B283
<b>1217-55</b>	9B283	<b>1218-55</b>	9B283

以上