



令和 2年 6月 12日

お客様各位

東京都品川区東品川2-2-8
スフィアタワー天王洲 21階
株式会社ホリスター
ダンサック マーケティング
TEL 0120-977138

ダンサック ストーマケア製品
「ドレインチューブアダプター」製品変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥の事とお喜び申し上げます。
平素は弊社製品に格別のご高配を賜り誠に有難うございます。

さて、この度「ドレインチューブアダプター」の形状を、下記の通り変更することになりました。
謹んでご案内申し上げます。

今回の変更に伴うアダプターの入り数や製品番号、その他の変更はございません。製品に関するお問い合わせについては、弊社営業担当者及びカスタマーサービス課にて承ります。

ダンサックでは、今後とも皆様にご満足いただけますよう努力して参ります。より一層のご高配を賜ります様、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

変更点

- 製品同梱のアダプターの形状変更（別紙参照）

出荷開始時期

- 令和2年6月より出荷開始

対象製品（別紙参照）


- ドレインチューブアダプター

以上

別紙

1. 変更点

(従来品)



(変更品)



- * ドレインチューブアダプターのとつまみ部を円形の形状から2つの羽のタイプに変更。この変更により、より安全で確実な取り付けが可能になります。
- * この形状変更によるアダプターの入り数や品質、機能に違いはありません。

2. 対象製品・製品番号

ドレインチューブアダプター

製品番号	Lot番号
400-50	0B135

以上