

平成29年3月吉日

お得意様各位

東京都品川区東品川2-2-8
スフィアタワー天王洲21階
株式会社ホリスター
ダンサック事業部
TEL 0120-977138

ダンサック ストーマケア製品 イレオストミー用装具排出口変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥の事とお喜び申し上げます。
平素は弊社製品に格別のご高配を賜り誠に有難うございます。

さて、この度弊社ではストーマケア製品 イレオストミー用装具排出口（キャップ式排出口）の変更を、下記の通り実施致します。

今回の変更に伴う製品番号等その他の変更はございません。変更される製品は、従来製品の在庫がなくなり次第、順次出荷致します。品番により出荷時期が異なりますこと、ご了承賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。製品に関するお問い合わせについては、弊社営業担当者及びカスタマーサービス課にて承ります。

ダンサックでは、今後とも皆様にご満足いただけますよう努力して参ります。より一層のご高配を賜ります様、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

変更点

- 品質強化のため、イレオストミー用装具排出口（キャップ式排出口）を変更（別紙参照）

出荷開始時期

- 平成29年3月中旬頃より順次出荷予定
※ 在庫状況により品番ごとに出荷開始日が異なります。ご了承ください。


対象製品（別紙参照）

- ノバ1 イレオストミー
- ノバ1 イレオストミー X5
- ノバ1 イレオストミー コンベックス
- ノバ2 イレオストミー

以上

別紙

1. 変更点（排出口部写真参照）



*品質の強化として、フィルムと排出口の接続部を広くすることにより（写真枠線内部）、接続部との圧着を強くし、漏れのリスクを軽減。

2. 対象製品・製品番号

ノバ1 イレオストミー

- ノバ1 イレオストミー: 822-20/5
- ノバ1 イレオストミー X5: 820-25, 820-30, 820-35
- ノバ1 イレオストミー コンベックス: 810-24, 810-37, 810-46
810-25, 810-30, 810-35, 810-40

ノバ2 イレオストミー

- フランジサイズ 43mm: 1208-43, 1207-43
- フランジサイズ 55mm: 1208-55, 1207-55
- フランジサイズ 70mm: 1208-70, 1207-70