

おのか商店 様

放射性物質検査結果書

〒 020-0125
盛岡市上堂三丁目 1 7 番 3 号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
理事長 湊谷 寿邦
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792



ご依頼いただきました検体の検査結果は次のとおりです。

受付年月日	令和8年9月29日	受付 No.	26-03017-01
-------	-----------	--------	-------------

1. 検体情報	
検体名	クロカワ
採取場所	葛巻町
採取者	吉澤
採取日	令和8年9月28日
検体備考	

2. 検査結果（検査実施時における放射能濃度、減衰補正なし）		
検査項目	測定値	検出限界値
放射性ヨウ素 (I-131)	検出せず	25 Bq/kg
放射性セシウム (Cs-134 と Cs-137 の総量)	13 Bq/kg	—
Cs-134	検出せず	10 Bq/kg
Cs-137	13.1 Bq/kg	10 Bq/kg

3. 測定条件	
検査日時	令和8年9月29日 16時50分
測定時間	1,800秒
検査機器	NaI (TI) シンチレーションスペクトロメーター : CAPINTEC Captus3000W
測定容器	1 Lマリネリ容器
試料高さ	—
試料量	0.932 kg
核データ	^{131}I :365 keV ・ ^{134}Cs :795 keV ・ ^{137}Cs :662 keV
検査方法	NaI (TI) シンチレーションスペクトロメーター機器分析法
前処理方法	食品中の放射性物質の試験法について（食安発0315第4号，平成24年3月15日）

備考	食品衛生法に基づく一般食品に関する規格基準値：放射性セシウム 100 Bq/kg
検査責任者	佐々木 知美