


おのか商店 様

放射性物質検査結果書

〒 020-0125
盛岡市上堂三丁目 17番37号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
理事長 湊谷 寿邦
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792



ご依頼いただきました検体の検査結果は次のとおりです。

受付年月日	令和8年7月27日	受付No.	26-02020-01
1. 検体情報			
検体名	アカヤマドリ		
採取場所	南郷村		
採取者	清川		
採取日	令和8年7月25日 11時00分		
検体備考			
2. 検査結果 (検査実施時における放射能濃度、減衰補正なし)			
検査項目	測定値	検出限界値	
放射性ヨウ素 (I-131)	検出せず	25 Bq/kg	
放射性セシウム (Cs-134 と Cs-137 の総量)	検出せず	—	
Cs-134	検出せず	10 Bq/kg	
Cs-137	検出せず	10 Bq/kg	
3. 測定条件			
検査日時	令和8年7月27日 15時37分		
測定時間	1,800秒		
検査機器	NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーター: CAPINTEC Captus3000W		
測定容器	1 Lマリネリ容器		
試料高さ	—		
試料量	0.786 kg		
核データ	^{131}I :365 keV ・ ^{134}Cs :795 keV ・ ^{137}Cs :662 keV		
検査方法	NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーター機器分析法		
前処理方法	食品中の放射性物質の試験法について(食安発0315第4号, 平成24年3月15日)		
備考	食品衛生法に基づく一般食品に関する規格基準値: 放射性セシウム 100 Bq/kg		
検査責任者	佐々木 知美		

おのか商店 様

放射性物質検査結果書



ISO 17025:2017



認定# 87664

〒 020-0125
盛岡市上堂三丁目 1 7 番 3 7 号
一般財団法人
岩手県薬剤師会検査センター
理事長 湊谷 寿邦
TEL 019-641-4401 FAX 019-641-4792



ご依頼いただきました検体の検査結果は次のとおりです。

受付年月日	令和8年7月27日	受付 No.	26-02020-02
-------	-----------	--------	-------------

1. 検体情報	
検体名	たまご茸
採取場所	九戸村
採取者	佐々木
採取日	令和8年7月25日 11時00分
検体備考	

2. 検査結果 (検査実施時における放射能濃度、減衰補正なし)		
検査項目	測定値	検出限界値
放射性ヨウ素 (I-131)	検出せず	5.1 Bq/kg
放射性セシウム (Cs-134 と Cs-137 の総量)	検出せず	—
Cs-134	検出せず	6.9 Bq/kg
Cs-137	検出せず	5.3 Bq/kg

3. 測定条件	
検査日時	令和8年7月27日 16時29分
測定時間	3,000秒
検査機器	ゲルマニウム半導体検出器 : SEIKO EG&G 社製 ORTEC GEM20-70
測定容器	U8
試料高さ	50 mm
試料量	0.0862 kg
核データ	^{131}I :364.4 keV ・ ^{134}Cs :604.6 keV ・ ^{137}Cs :661.6 keV
検査方法	ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー (令和2年改訂 原子力規制庁監視情報課)
前処理方法	食品中の放射性物質の試験法について (食安発0315第4号, 平成24年3月15日)

備考	食品衛生法に基づく一般食品に関する規格基準値 : 放射性セシウム 100 Bq/kg
検査責任者	佐々木 知美