

2021年 6月 (新記載要領に基づく第1版)  
2015年 5月 8日 (新様式第2版)

届出番号 27B2X00219000030

医04 整形用品  
一般医療機器 医療用不織布 34655000

## 滅菌フリバセル

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 朝日衛生材料株式会社  
大阪府柏原市大正2丁目9番6号  
TEL 072-971-3555

### 【形状、構造及び原理等】

綿100%の吸収パッドを不織布ファブリック材で包み  
こんだ製品で滅菌済のものです。

### 【使用目的又は効果】

創傷面又は外科切開部を処置するために用いる不織布か  
ら成る被覆・保護材です。

### 【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。  
白い面を創傷部に当てて使用する。

### 【使用上の注意】

開封後は直ちに使用すること。  
本品に異常がある場合は使用しないこと。  
開封後の残品は創傷面に使用しないこと。  
使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に  
保管すること。
2. 有効期間  
有効期間（自己認証）をパッケージに記載。