
NEW

コロプラスト ウロナイト バッグ用 コネクター



コロプラストウロナイトバッグ用コネクターが新しくなりました。

このコネクターにより、コロプラスト製またはその他の尿路ストーマ袋に接続いただけます。ただし、尿路ストーマ袋に同梱のアダプターを必ずご使用ください。

Coloplast


センシュラ ミオ尿路ストーマ袋への接続方法

センシュラ ミオ尿路ストーマ袋には、コロプラストウロナイトバッグに簡単に接続できる新しいアダプターが付属しています。*,**


注意：センシュラ ミオ尿路ストーマ袋に同梱されているアダプターがないと、コロプラストウロナイトバッグは使用できません。



Step 1
ウロナイトバッグのコネクターをアダプターの筒の部分に差し込みます。



Step 2
尿路ストーマ袋の排出口に、アダプターを取り付けます。



Step 3
尿路ストーマ袋の排出口（グレーの部分）をひねり、排出口が「解放状態」であることを確認してください。

注意：箱に同梱の使用説明書に必ず従ってください。



*尿路ストーマ袋アダプターを使用する場合
**使用シミュレーション, Coloplast Data-on-File (09/2023), n=30

Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denmark

Coloplast and the Coloplast logo are trademarks of Coloplast A/S.
© YYYY-MM Coloplast A/S. All rights reserved. PM-38367 (25-06). 23333176

SenSura® Mio